

名張市立病院ナースコール連携等仕様書（別紙）

1. 提供サービス

当院の既存ナースコールシステムを、病棟通話用で納品したスマートフォンで使用可能にすること。なお、各病棟、同時接続16台とする。下記の仕様に準じた形でサービス詳細、及び費用を提示するものとする。

2. 調達物品及び数量、保守費、運用保守条件

ナースコールとスマートフォンの連携に必要なネットワーク回線一式とセキュリティサービス。

3. ネットワーク仕様

通信ネットワークは、電気通信事業法第9条に規定された、総務大臣の登録を受け移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、移動通信サービスにかかわる無線局を自ら開設し、運営している事業者又はその関連会社の届出電気通信事業者より提供すること。

(ア) スマートフォンとナースコール間の通信連携等に必要な院内ネットワークへの接続は既設のWi-Fi設備を流用せず、基地局の電波を利用したLTEでの接続とする。

(イ) 通信事業者の閉域網は冗長構成となっていること。

(ウ) インターネット回線は新規に提供することとし、1Gbps(ベストエフォート)を具備すること。ただし、費用内には当該機能の3年間の設定変更費用(追加、変更)が含まれていること。

4. ナースコール機能

(ア) ナースコール連動機能

当院に設置しているナースコールシステム(アイホン製 NFX-3XA)と連動(ナースコールからの呼出し種別が判別できるように通知)できること。

(イ) インターホン連動機能

ナースコールシステムに連動した病棟入口のインターホンからの呼び出しの受信ができること。

5. セキュリティ管理

ナースコールシステムと連携するスマートフォンについては、インターネット回線等を通じて外部にスマートフォンの内部情報が流出するリスクを低減す

るためのセキュリティ対策を講じるものとする。

6. 見積範囲

- (1) ナースコール連携に伴い必要な費用を見積に含めること。
- (2) ネットワーク回線利用料、セキュリティサービス、運用、監視など、ネットワーク回線及びこれに付随するサービス利用料等、全ての経費を見積に含めること。